



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023090401PE

Pelo presente termo de Retificação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023090401PE, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, conforme detalhamento no termo de referência, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face da modificação necessária, e:

CONSIDERANDO que após publicado o edital de pregão, dentro do prazo previsto houve impugnação que foi parcialmente atendida, venho por meio deste termo, RETIFICAR O EDITAL e seu anexo, conforme segue abaixo:

1. Das alterações no edital

1.1. Da alteração no PREÂMBULO:

ONDE LÊ-SE:

Data da abertura da sessão pública: 04 de outubro de 2023

Horário: 09:00 horas

LEIA-SE:

Data da abertura da sessão pública: 18 de outubro de 2023

Horário: 09:00 horas

2. Das alterações no Anexo I do edital.

2.1. Das alterações da especificação do item 02:

ONDE LÊ-SE:

2	APARELHO GLICOSIMETRO.	40,0	UNIDADE	79,53	3.181,20
---	------------------------	------	---------	-------	----------

Especificação : Aparelho de glicosímetro com uma bateria, fotômetro de refletância, memória para 200 resultados com data e hora, faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. Codificação por meio de chip de código possibilidade de coleta de sangue com a tira de teste fora do monitor Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. Liga e desliga automaticamente ao inserir e retirar a tira de teste. Garantia permanente do monitor. Resultados precisos em 5 segundos. volume da amostra: 2 µl Permite a utilização de amostras de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal.

LEIA-SE:

2	APARELHO GLICOSIMETRO.	40,0	UNIDADE	79,53	3.181,20
---	------------------------	------	---------	-------	----------

Especificação : APARELHO GLICOSIMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA, COM FAIXA DE LEITURA AMPLA MINIMA DE 20 MG/DL E MAXIMA A PARTIR DE 600 MG/DL. TIPO DE AMOSTRA: COLETA DE SANGUE, VOLUME DE AMOSTRA SANGUINEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS. CARACTERÍSTICA DO APARELHO: TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS, MEMORIA MINIMA PARA 200 RESULTADOS, DEVERA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: PILHAS E OU BATERIAS NECESSARIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESTOJO OU BOLSA DE PROTEÇÃO, MANUAL DE UTILIZAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA, SOLUÇÃO CONTROLE (CASO O SISTEMA DE CONTROLE/VERIFICAÇÃO DO GLICOSIMETRO SEJA POR MEIO DE SOLUÇÃO). COMPATÍVEL COM A FITA TESTE REAGENTE DA ACCU CHEK.

3. Dos demais assuntos.



Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



3.1. Todos os demais assuntos inerentes a Publicações, Edital e seus anexos não mencionados neste ADENDO, permanecerão inalterados.

Jaguaribara - CE, 02 de outubro de 2023

Nilcibergue Saldanha Bezerra
Pregoeiro município de Jaguaribara-CE