



ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025062501PE

Pelo presente termo de Retificação ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025062501PE, cujo o objeto é o **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE**, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face da modificação necessária, e:

CONSIDERANDO que após publicado o edital de pregão, dentro do prazo previsto houve **IMPUGNAÇÃO**, onde foi revisto a especificação do item sendo necessário a modificação do mesmo, venho **por meio deste termo, RETIFICAR O EDITAL e seu anexo, assim como o ETP, conforme segue abaixo:**

1. Das alterações no edital

1.1. Da alteração no PREÂMBULO

ONDE LÊ-SE:

Data da abertura da sessão pública: 14 de julho de 2025

Horário: 08:00 horas

LEIA-SE:

Data da abertura da sessão pública: 28 de julho de 2025

Horário: 08:00 horas

1.2. Da especificação do item 14 a ser contratado que se encontra no Termo de Referência - ANEXO I do edital e ETP.

ONDE LÊ-SE:

14	DESFIBRILADOR	2	UNIDADE	R\$ 8.980,62	R\$ 17.961,24
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO,(DEA)LIFE 400 CMOS DRAKER PORTATIL E COMPACTO, IDEAL PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO					

LEIA-SE:

14	DESFIBRILADOR	2	UNIDADE	R\$ 8.980,62	R\$ 17.961,24
Desfibrilador Externo Automático – DEA forma de onda bifásica com alça para transporte. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (Adulto ou Infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos, tendo possibilidade configurar até 360 joules e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, e infantil limitada em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules < 4 segundos. Possui botão de choque luminoso, display em cristal líquido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções					





Estado do Ceará
Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Jaguaribara



em português, traçado de ECG, número de choques e tempo de funcionamento. Mensagem e comando por texto e voz em português. Descarga interna automática entre trinta segundos e um minuto se não houver disparo pelo operador. Indicação visual e sonora que orienta o socorrista a realizar o procedimento eficazmente. Auto teste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Transferência dos dados para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. BATERIA RECARREGÁVEL: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h. Duração: 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco com um mínimo de 400 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Tempo máximo de carga: Bateria recarregável: - 50 J: < 2 segundos. - 150 J: < 3 segundos. - 200 J: < 4 segundos. - 270 J: < 5 segundos. - 360 J: < 6 segundos.

2. Dos demais assuntos.

2.1. Todos os demais assuntos inerentes a Publicações, Edital e seus anexos não mencionados neste ADENDO, permanecerão inalterados

Jaguaribara - CE, 11 de julho de 2025

Assinado eletronicamente
Darilene Queiros de Figueiredo
Pregoeira

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 130-616-4096
PÁGINA: 2 DE 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

